

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego syg. PN/02/2014 na zadania pn.:

**„ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z ODCZYNNIKAMI DLA SP ZOZ
„ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”**

Dotyczy zad. nr 2.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kuwety pomiarowe jednorazowe opak.500szt zamiast wymaganej wielkości opakowania 100szt?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na kuwety pomiarowe jednorazowe opak. 500 szt.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie komputera poprzez złącze szeregowo RS 232 czyli odpowiednik transmisji szeregowo USB?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuści podłączenie komputera poprzez złącze szeregowo RS 232 pod warunkiem, że wraz z kablem RS 232 zostanie dołączona przejściówka umożliwiającą komunikację poprzez port USB.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga podłączenia aparatu do sieci informatycznej na koszt wykonawcy, jeżeli tak to jaką posiada sieć?

Odpowiedź:

NIE. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada sieci, jednak aparat musi mieć możliwość podłączenia do sieci, gdyż w przyszłości taka sieć w siedzibie Zamawiającego powstanie.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. Jolanta Essler-Kowalik

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika
2. Strona internetowa
3. SP ZOZ Śródmieście a/a