

PN/02/2016

Opole, dnia 18.03.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego syg. PN/02/2016 na zadania pn.:

**„ZAKUP SZCZEPIONEK, DROBNEGO SPRZĘTU, ODCZYNNIKÓW
ORAZ ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”
W OPOLU”**


Dotyczy zadania 15:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza testy pakowane po 20 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy pakowane po 20 szt.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza testy bez kontroli dodatkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy bez kontroli dodatkowej.

Zastępca Dyrektora
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu

dr Elżbieta Pawłowska